

### 广东省微生物分析检测中心

GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY

# 分析检测报告

REPORT FOR ANALYSIS

报告编号

Report №.

2020FM25705R01

样品名称

Name of Sample

720 全效空气净化器 1Pro

委托单位

Applicant

柒贰零(北京)健康科技有限公司

检测类型

**Test Type** 

单位地址: 广州市先烈中路 100 号大院 66 号楼

Address: Building 66, No.100 Central X and the Road Cuang nou, China

邮政编码: 510070

Postcode:

电话号码: (020)87137666

Tel:

传真号码: (020)87137668

Fax:

网 址: www.gddcm.com

Website:

本一 东西多



#### 广东省微生物分析检测中心

## GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY 分析检测报告

REPORT FOR ANALYSIS



报告编号 (Report №.) 2020FM25705R01 校验码 (Verification Code): 98456201

文音编号(Report N	№.) 2020FM25705R01 校验码(Ver	rification Code): 98	3456201
样品名称 Name of Sample	720 全效空气净化器 1Pro	检测类型 Test Type	委托检测
委托单位 Applicant	柒贰零(北京)健康科技有限公司	地 址 Address	北京市海淀区黑泉路 8 号 1 幢 9 层 101-42、101-43(东升地区)
样品来源 Sample Source	委托方送检	样品数量 Sample Quantity	gride gride 1治 gride gride
样品规格和批号 Spec and Lot № of Sample	KJ800F-S800	样品状态和特性 State and Characteristic	机器
接样日期 Sample Received Date	2020-09-04	检测完成日期 Completion Date	2020-10-09
检测依据和方法 Test Standard and Method	参照	GB 21551.3-2010 附	才录 A
检测项目 Item Tested	Territo Territ	气除病毒效果鉴定证	<b>式验</b>
estino Testino Testino	该样品所检项目的实测数据见本检	<b>〕</b> 测报告续页。	
检测结论 Test Conclusion			Testing Testing Lesting Lesting Lesting Chica Chica
estino Testino Gnico Testino		签为 Issue	<b>党日期: 2020-10-15</b> e Data →
备注 Remarks	Grido Grido Grido Grido Grido	estricto Chita Chita	机构盖章 Official Seal > 检验检测专用章

制表: Editor 体系 审核: 大麦城 Verifier 批准: Approver H



#### 广东省微生物分析检测中心

## GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY 分析检测结果

ANALYSIS AND TEST RESULT

报告编号 (Report №.): 2020FM25705R01

实验病毒及宿主	作用时间	试验序号	空气病毒含量 (TCID <sub>50</sub> /m³)	去除率 (%)
甲型流感病毒 H1N1(A/PR/8/34) 宿主名称: MDCK 细胞	0 (CK)	1	1.94×10 <sup>6</sup>	(a) (b) (c)
		2	$1.73 \times 10^6$	
		3.0	$2.44 \times 10^6$	
	Ching the the Ching	હોં હું	$1.14 \times 10^{2}$	99.99
		2	$1.14 \times 10^2$	99.99
		3	$1.14 \times 10^2$	99.99

注: 去除率试验结果已消除微生物在空气中自然消亡因素的影响。

#### 样品图片:



(以下空白)

_0 _0	_0, _0,	_0 _0	_0	_0	_0		(
备注 Remarks	样品在 30m	3的试验舱口	内进行实	<b>学验</b> 。	Still	25 <sup>th</sup> 105	
Remarks							



报告编号 (Report №.): 2020FM25705R01

### 注意事项

#### **Notice Items**

1. 检测报告无本单位检验检测专用章、骑缝章无效。

The Test report is invalid if not affixed with Authorized Stamp of Test and Paging Seal

2. 检测报告无审核人、批准人签字无效。

The Test report is invalid without signature of verifier and approver.

3. 检测报告涂改增删无效。

The Test report is invalid if being supplemented, deleted or altered.

4. 未经本单位书面同意,不得部分复制(全部复制除外)本检测报告。

Without prior written permission, the report cannot be reproduced, except in full.

- 5. 除非另有说明,本报告检验结果仅对来样负责。
  - Unless otherwise stated, the results shown in this test report refer only to the sample(s) submitted.
- <sup>6.</sup> 对检测报告有异议的,应于收到报告之日起十五日内提出,逾期不予受理。
  - Any dispute of the report must be raised to the testing body within 15 days after the report is received, exceeding which the dispute will not be accepted.
- 7. 对送检样品,样品信息由委托方提供,本单位不对其真实性负责。
  - For the tested sample(s) submitted by the applicant, the sample information in the test report is provided by the applicant and the laboratory is not responsible for its authenticity.
- 8. 本检测报告仅供委托方参考,不具有对社会证明作用。
  - This test report is for reference only to the applicant and does not have a proof of effect for others.